
MEDIDEV

TECOR®


SISTEMA DE STENT CORONARIO LIBERADOR DE SIROLIMUS CoCr.

Reg. N° 0082C2022 SSA



PLGA Polímero Biodegradable de Recubrimiento de Fármacos
Fármaco completamente liberado en 90 días.
Recubrimiento de PLGA completamente degradado en 180 días.

Tornapunta de CoCr de 75 µm
Proporcionan súper flexibilidad y capacidad de cruce
Asegure el gran cumplimiento después de la implantación.



Vista microscópica del recubrimiento farmacológico estable para TECOR ™ durante la degradación.

Información del Producto

Características

- Stent de CoCr liberador de fármaco
- Espesor del puntal de 75 µm
- Baja relación de retroceso
- Polímero biodegradable de PLGA
- Medicamento eficaz de Sirolimus
- Período de liberación del medicamento de 90 días
- Compatible con resonancia magnética

Beneficios

- Súper flexibilidad y compatibilidad cruzada
- Excelente cumplimiento
- Excelente rendimiento posterior a la implantación del stent
- Excelente control de liberación del fármaco
- Período científico de liberación del fármaco
- Evitar la inflamación causada por un polímero duradero
- Endotelialización más temprana

Rangos

- Ø 2.5 - 4.0 mm
- Longitudes de endoprótesis de 12 - 36 mm

MEDIDEV

PARÁMETROS TÉCNICOS

Material del Stent	Polímero de aleación de CoCr L605
Material	Poli (ácido láctico-co-glicólico)
Grosor de la punta	75 µm
Relación metal-arteria	15%
Ratio de retroceso	3.4%
Relación de acortamiento	< 1%
Perfil de cruce más bajo	0.035" (0.90mm)
Perfil de punta de globo	0.017"
Sistema de entrega	RX